

商品檢驗指定試驗室認證服務計畫  
機電類列檢商品之測試及量測設備自評表暨評鑑查檢表

CNS 60335-1 (103年)

家用和類似用途電器—安全性—第1部：通則

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed   | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號  | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|----------------------|
| 7                  | 標示與說明                        | 石油精(petroleum spirit)、水  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T17   |                      |
| 8                  | 防電擊之保護                       | IEC 61032規定之試驗探棒B、13及41，電壓表、微電流表、推拉力計、2,000Ω無感電阻   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K8, K5, K42<br>K9, H7, T35  |                      |
| 9                  | 電動器具之起動                      | 無  | —                                   | —  | —   |                      |
| 10                 | 消耗功率與電流                      | 電壓表、電流表、功率計  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | D7, D17, D18<br>D35-D38   |                      |
| 11                 | 溫升                           | 溫度控制室、溫度記錄器、細線熱電偶、試驗牆角、繞組電阻量測系統、依據個別規定(Part 2)標準規定之負載  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | A2, A18, A23<br>A24, A25, A26<br>B27-B34, D1<br>D40, H15, H22<br>K18, K27, T1<br>T38, T96 |                      |
| 12                 | 空白                           | 無  | —                                   | —  | —   |                      |
| 13                 | 在操作溫度下之電氣絕緣耐電壓及漏電流           | 漏電流表、隔離變壓器、試驗高壓電源產生器、IEC 60990圖4量測電路   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K17, K19, F9<br>D25, P2   |                      |
| 14                 | 暫態過電壓                        | 脈衝試驗電壓產生器及監視器  | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | E41, E43, P9  |                      |
| 15                 | 耐濕性                          | IP淋雨試驗設備，其為個別規定(Part 2)標準有規定者  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K52, K53, T48   |                      |
| 16                 | 漏電流及絕緣耐電壓                    | 環境溫濕度箱可提供指定溫度之相對濕度93%，及高壓電源測試設備  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K19, F9<br>D25, P1  |                      |
| 17                 | 變壓器及相關電路之過載保護                | 前述已包含  | —                                   | —  | —   |                      |
| 18                 | 耐久性                          | 依據個別規定(Part 2)標準規定   | —                                   | —  | —   |                      |
| 19                 | 異常操作                         | 如上述，與當異常試驗失敗時，對其試驗設備、人員及其相關之保護措施   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T125  |                      |
|                    |                              | 靜電放電試驗設備(CNS 14676-2或IEC 61000-4-2)、輻射場試驗設備(CNS 14676-3或IEC 61000-4-3)、快速暫態脈衝試驗設備(CNS 14676-4或IEC 61000-4-4)、電壓湧浪試驗設備(CNS 14676-5或IEC 61000-4-5)、通電流試驗設備(CNS 14676-6或IEC 61000-4-6)、電壓下降與中斷試驗設備(IEC 61000-4-11)、電源信號試驗設備(IEC 61000-4-13) | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | E41-E49   |                      |
| 20                 | 穩定性與機構上之危險                   | 傾斜平板、法碼、推拉力計   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K8, K11, H1<br>H7   |                      |

|      |                    |  |   |  |                |   |
|------|--------------------|--|---|--|----------------|---|
| 21   | 機械強度               | 衝擊鎚、硬鋼針(針頭末端為40°之圓錐形, 尖端圓周半徑為0.25mm±0.02mm)、推拉力計 | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K43, T59, H7   |   |
| 22   | 構造                 | 電器刀片之扭矩試驗設備、溫箱(70°C±2°C)                         | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | G1, G6, G3, G7 |   |
|      |                    | IEC 61032規定之試驗探棒11                               | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K9             |   |
|      |                    | 圖7之試驗指   | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K12            |   |
|      |                    | 推拉力計   | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K12            |   |
|      |                    | 氧氣密閉室  | S | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | —              |   |
|      |                    | 甲醇及壓力試驗設備  | S | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | —              |   |
| 23   | 內部配線               | 水壓測試設備   | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T42            |   |
|      |                    | 可撓性試驗設備  | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K49            |   |
| 24   | 零組件                | 實驗室可具有或不具有零組件標準試驗設備, 專業實驗室核發之符合性證書可被接受           | S | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | —              |   |
| 25   | 電源線及其連接方法          | 可撓性試驗設備、電源線固定裝置之推拉力與扭力試驗設備                       | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K25, K49       |   |
| 26   | 連接外部導線之端子          | 扭矩起子   | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | H14            |   |
| 27   | 接地                 | 連續性接地試驗設備、連結到ISO 2178及1463試驗                     | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | F4             |   |
| 28   | 螺釘與連接              | 扭力計  | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | H14            |   |
|      |                    | 機械量測工具、棒與球治具                                     | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T48, T52       |   |
| 29   | 沿面距離、空間距離及絕緣厚度     | 耐電痕試驗設備  | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K31            |   |
|      |                    | 球壓試驗設備、熾熱線及針焰試驗設備、低功率電路測試設備、水平及垂直燃燒試驗設備          | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K1, M1, M2     |   |
| 30   | 耐熱與耐燃              | 球壓試驗設備、熾熱線及針焰試驗設備、低功率電路測試設備、水平及垂直燃燒試驗設備          | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K1, M1, M2     |   |
| 31   | 耐蝕                 | 依據個別規定(Part 2)標準規定                               | — | —  | —              | — |
| 32   | 放射性、毒性及類似傷害        | 依據個別規定(Part 2)標準規定                               | — | —  | —              | — |
| 附錄 A | 例行試驗               | 無  | — | —  | —              | — |
| 附錄 B | 以在電器內充電之充電電池為電源之電器 | 自然落下試驗設備(CNS 13214或IEC 60068-2-31)               | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K48            |   |
| 附錄 C | 電動機老化試驗            | 無特別規定  | — | —  | —              | — |
| 附錄 D | 溫度電動機保護器           | 無特別規定  | — | —  | —              | — |
| 附錄 E | 針焰試驗               | 針焰試驗設備(IEC 60695-11-5)                           | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | M2             |   |
| 附錄 F | 電容器                | 脈衝電壓試驗設備、耐受性試驗設備(IEC 60384-14)                   | S | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | —              | — |
| 附錄 G | 安全隔離變壓器            | 無特別規定  | — | —  | —              | — |
| 附錄 H | 開關                 | 耐久性試驗設備(IEC 61058-1)                             | S | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | P6             | — |
| 附錄 I | 基本絕緣未符合電器額定電壓之電動機  | 無特別規定  | — | —  | —              | — |
| 附錄 J | 塗佈印刷電路板            | 印刷電路板試驗設備(IEC 60664-3)                           | S | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | —              | — |
| 附錄 K | 過電壓類別              | 無  | — | —  | —              | — |
| 附錄 L | 空間距離及沿面距離量測指引      | 無  | — | —  | —              | — |
| 附錄 M | 汙染等級               | 無  | — | —  | —              | — |
| 附錄 N | 耐電痕試驗              | 耐電痕試驗設備(IEC 60112)                               | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K31            |   |
| 附錄 O | 第30節試驗之選擇與試驗順序     | 無  | — | —  | —              | — |
| 附錄 P | 對於濕熱氣候中使用的電器標準應用指引 | 無  | — | —  | —              | — |

|      |                         |                     |                  |  |    |   |
|------|-------------------------|---------------------|------------------|--|----|---|
| 附錄 Q | 電子電路評估試驗程序              | 無                   | —                | —  | —  | — |
| 附錄 R | 軟體評估                    | 軟體評估能力(IEC 60730-1) | S以及<br>詳參備考2a與2b | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | M9 | — |
| 附錄 S | 以非充電電池或不在電器內充電之電池為電源之電器 | 無特別規定               | —                | —  | —  | — |

備考2a：依照IECEE CMC(Certification Management Committee)建立之程序，附錄R之軟體評估能力得具備於實驗室或由製造商提供。

備考2b：雖然針對CNS 60335-1沒有要求特定的測試設備，但根據CNS 60335-1附錄R要求之IEC 60730附錄H有關的資訊，必須由製造商提供。

## CNS 60335-2-2 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-2部：真空吸塵器及吸水清潔機之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號      | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------|----------------------|
| 15                 | 耐濕性                          | 衝擊試驗設備(2J)   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K43       |                      |
|                    |                              | 自由落體試驗設備   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K48       |                      |
| 21                 | 機械強度                         | 通電式吸管耐擠壓試驗設備   | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K76, T102 |                      |
|                    |                              | 通電式吸管耐磨損試驗設備   | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T80       |                      |
|                    |                              | 通電式吸管耐彎曲試驗設備   | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T100      |                      |
|                    |                              | 通電式吸管耐扭轉試驗設備   | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T87       |                      |
|                    |                              | 通電式吸管耐寒冷試驗設備   | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | G1        |                      |

## CNS 60335-2-3 (103年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-3部：電熨斗之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|
| 11                 | 溫升                           | 3點式金屬腳架  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T3   |                      |
| 21                 | 機械強度                         | 落下試驗設備   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T20  |                      |
| 22                 | 構造                           | 水加壓設備  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T42  |                      |

## CNS 60335-2-4 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-4部：旋轉式脫水機之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed     | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 雙層縫邊棉布(700mm*700mm, 乾燥狀態質量140g/m <sup>2</sup> 至175g/m <sup>2</sup> ) | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T46  |                      |
| 15                 | 耐濕性                          | 清潔劑  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T40  |                      |
| 20                 | 穩定性與機構上之危險                   | IEC 61032規定之試驗探棒B及12   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K10  |                      |
|                    |                              | 轉速計  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | D12  |                      |
| 21                 | 機械強度                         | 落下試驗裝置(半球型橡膠直徑70mm, 硬度40到50IRHD, 接在20kg圓筒上)                          | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T41  |                      |

## CNS 60335-2-5 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-5部：洗碗機之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 熱水供應   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T42  |                      |
| 15                 | 耐濕性                          | 清潔劑、洗滌劑  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T47  |                      |
| 22                 | 構造                           | 水加壓設備  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | D63  |                      |
|                    |                              | 聚乙烯餐盤(直徑約80mm、厚度為2mm)  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T45  |                      |

## CNS 60335-2-6 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-6部：放置型爐灶、爐架、烤箱及類似器具之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 正常負載(試驗旋轉烤肉叉用之負載、試驗爐架元件容器、試驗感應爐架元件容器)                            | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T4   |                      |
| 8                  | 防電擊之保護                       | IEC 61032規定之試驗探棒12   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K9   |                      |
| 11                 | 溫升                           | 表面溫度用探針(儀器錯誤)  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T24  |                      |
| 15                 | 耐濕性                          | 注入鹽水之漏斗(出口直徑8mm)   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T5   |                      |
| 21                 | 機械強度                         | 1.8kg試驗容器(裝沙或鋼珠)   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T8   |                      |

|    |                |   |   |  |                      |  |
|----|----------------|---|---|--|----------------------|--|
| 22 | 構造             | 鐵棒(2mm*100mm*20mm)<br>火花產生器<br>質量在140g/m <sup>2</sup> 與175g/m <sup>2</sup> (400mm*400mm)間的布(單位錯誤) | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T7<br>T6<br>T39, T60 |  |
| 29 | 沿面距離、空間距離及絕緣厚度 | IEC 61032規定之試驗探棒41  | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K6                   |  |

## CNS 60335-2-7 (103年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-7部：洗衣機之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed  | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號      | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|--|-----------|----------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 試驗布(700mm*700mm, 乾燥狀態質量140g/m <sup>2</sup> 至175g/m <sup>2</sup> 及<br>900mm*900mm, 乾燥狀態質量90g/m <sup>2</sup> 至110g/m <sup>2</sup> )<br>熱水供應 | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T46, T127 |                      |
| 15                 | 耐濕性                          | 清潔劑、洗清劑   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T42, T43  |                      |
| 22                 | 構造                           | 合成橡膠零件老化試驗設備  | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T42       |                      |

## CNS 60335-2-8 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-8部：電動刮鬍刀、剪髮器及類似電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備 | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|------|----------------------|
|                    |                              | 無特別規定  | —                                   | —              | —    | —                    |

## CNS 60335-2-9 (105年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-9部：烤架、烤麵包機和類似攜帶型烹飪電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed                   | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號      | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------|----------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 正常負載(試驗旋轉烤肉叉用之負載、試驗電爐用容器、試驗用<br>電爐用容器)   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T4        |                      |
| 15                 | 耐濕性                          | 注入鹽水之漏斗(出口直徑8mm)   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T5        |                      |
| 21                 | 機械強度                         | 1.8kg試驗容器(裝沙或鋼珠)   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T8        |                      |
| 22                 | 構造                           | 鐵棒(2mm*100mm*20mm)<br>質量在140g/m <sup>2</sup> 與175g/m <sup>2</sup> (400mm*400mm)間的布 | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T7<br>T39 |                      |
| 29                 | 沿面距離、空間距離及絕緣厚度               | IEC 61032規定之試驗探棒41   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K6        |                      |

## CNS 60335-2-10 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-10部：地板處理機與濕式清洗機之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 拋光之鋼板  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T25  |                      |
|                    |                              | 未經處理之光滑松木板   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T9   |                      |
|                    |                              | 地毯(絨毛高度約6mm之尼龍纖維所製成)   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T10  |                      |

## CNS 60335-2-11 (103年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-11部：滾筒式乾衣機之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed  | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號               | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------|----------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 試驗布(700mm*700mm, 乾燥狀態質量140g/m <sup>2</sup> 至175g/m <sup>2</sup> ) | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T46                |                      |
| 11                 | 溫升                           | 量測表面溫度之探針   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | H2, H7, T24<br>T48 |                      |
| 15                 | 耐濕性                          | 洗滌劑   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T40                |                      |
| 19                 | 異常操作                         | IEC 61032規定之試驗探棒C   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K9                 |                      |
| 22                 | 構造                           | IEC 61032規定之試驗探棒B   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K8                 |                      |

## CNS 60335-2-12 (103年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-12部：保溫盤及類似電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|
| 19                 | 異常操作                         | 質量4kg/m <sup>2</sup> ±0.4kg/m <sup>2</sup> , 厚度約25mm(100mm寬)之毛氈條 | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T11  |                      |
| 21                 | 機械強度                         | 電器玻璃表面之機械試驗容器  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T8   |                      |
|                    |                              | 襯墊   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T39  |                      |

## CNS 60335-2-13 (103年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-13部：油炸鍋、平底鍋及類似電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備 | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|------|----------------------|
|                    |                              | 無特別規定  | —                                   | —              | —    | —                    |

## CNS 60335-2-14 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-14部：廚房電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號    | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------|----------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 圓柱狀裝料容器，其容量約1公升，內徑約110mm<br>乾燥沙，其沙粒大小170 $\mu$ m至250 $\mu$ m之間   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T8, T12 |                      |
| 20                 | 穩定性與機構上之危險                   | 圓形擋板<br>直徑8.0mm $\pm$ 0.1mm之圓柱棒<br>直徑40mm且末端為半圓形之圓柱棒             | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K94     |                      |
| 25                 | 電源線及其連接方法                    | 低溫箱(-25 $^{\circ}$ C $\pm$ 2 $^{\circ}$ C)                       | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | G7      |                      |

## CNS 60335-2-15 (103年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-15部：加熱液體用電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|
| 15                 | 耐濕性                          | DSH-555中描述之漏斗，導管高度30mm   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T5   |                      |
| 19                 | 異常操作                         | 壓力計(350kPa)  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | D63  |                      |
| 22                 | 構造                           | 壓力試驗設備   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | D63  |                      |

## CNS 60335-2-17 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-17部：電熱毯、電熱墊、電熱衣及類似可撓式加熱電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號                             | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 隔熱板(附錄AA)  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T153, T154<br>T155, T156<br>T157 |                      |
|                    |                              | 三夾板基座  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T159                             |                      |
|                    |                              | 氧化銅板(65mm*65mm*0.5mm)  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T147                             |                      |

|    |                    |                                   |   |  |                     |
|----|--------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------|
| 11 | 溫升                 | 銅或黃銅板(300mm*300mm*0.5mm)          | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T146                |
| 13 | 在操作溫度下之電氣絕緣耐電壓及漏電流 | 熱絕緣法碼(35kg/m <sup>2</sup> 均勻分布負載) | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T152                |
| 21 | 機械強度               | 電熱毯機械強度試驗設備(附錄BB)                 | S | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T162                |
|    |                    | 電熱墊機械強度之翻轉滾筒設備                    | S | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T163                |
|    |                    | 防潮型電熱墊之外罩的衝擊裝置                    | S | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T158                |
|    |                    | 電熱墊產品之可撓性試驗設備                     | S | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T162                |
|    |                    | 外殼之水加壓測試設備                        | S | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | D27, D41            |
|    |                    | 氧氣密閉室老化試驗                         | S | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T101                |
|    |                    | 撓曲加熱元件及內部配線之試驗裝置                  | S | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T164                |
| 30 | 耐熱與耐燃              | 拉伸機                               | S | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K76                 |
|    |                    | 火花點燃試驗設備                          | S | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | F7, T62, D15<br>K23 |
|    |                    | 網架與三邊金屬屏                          | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T167、M1             |

## CNS 60335-2-21 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-21部：貯備型熱水器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|
| 22                 | 構造                           | 水加壓設備  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | D27  |                      |

## CNS 60335-2-23 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-23部：護膚或整髮電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 圓木球  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T14  |                      |
|                    |                              | 線框   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T15  |                      |
| 11                 | 溫升                           | 旋轉連接器之試驗設備   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K49  |                      |
| 19                 | 異常操作                         | 低密度玻璃纖維隔熱材(熱傳係數約2.5m <sup>2</sup> K/W)                           | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T115 |                      |
| 21                 | 機械強度                         | 硬木板  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T20  |                      |

## CNS 60335-2-24 (105年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-24部：冷凍冷藏電器、冰淇淋機及製冰機之個別規定



| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號          | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| 5                  | 一般試驗條件                       | 溫度控制室  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | G7            |                      |
| 11                 | 溫升                           | 水氣蒸發裝置   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T121          |                      |
| 15                 | 耐濕性                          | 淋雨試驗設備   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T118          |                      |
|                    |                              | 洗潔劑、溢水試驗治具   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T40           |                      |
| 20                 | 穩定性與機構上之危險                   | 重量0.5kg及重量2.3kg之圓柱體  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T117, K67     |                      |
| 21                 | 機械強度                         | 振動試驗設備   | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K74           |                      |
|                    |                              | 球(直徑75mm±0.5mm)  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K65           |                      |
| 22                 | 構造                           | 水加壓設備  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | D27           |                      |
|                    |                              | 刮擦試驗工具   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K66           |                      |
|                    |                              | 毛細管(直徑0.7 mm, 長2-3m)與氣瓶  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T116          |                      |
|                    |                              | 氣體濃度量測設備、鹽霧試驗設備  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | H16, H17, T64 |                      |
|                    |                              | 可燃性冷媒測試設備(IEC 60079-15)  | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T125          |                      |
|                    |                              | 碳化鎢衝擊試驗棒、擺錘試驗設備  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K69, T158     |                      |

## CNS 60335-2-25 (105年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-25部：微波爐與複合型微波爐之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 圓柱型硼矽酸鹽玻璃器皿  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T49  |                      |
| 8                  | 防電擊之保護                       | IEC 61032規定之試驗探棒18   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K6   |                      |
| 16                 | 漏電流及絕緣耐電壓                    | 高頻電源供應器  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | B12  |                      |
|                    |                              | 高壓測試探棒   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K23  |                      |
| 18                 | 耐久性                          | 爐門關閉耐久試驗裝置   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T50  |                      |
| 22                 | 構造                           | 隱藏式爐門互鎖裝置試驗棒   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K50  |                      |
|                    |                              | 軟鋼電樞(80mm*50mm*8mm)  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T51  |                      |
|                    |                              | 直徑1mm末端平整直鋼棒   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T52  |                      |
| 32                 | 放射性、毒性及類似傷害                  | 微波量測儀器   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | D9   |                      |

## CNS 60335-2-30 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-30部：室內加熱器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備 | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|------|----------------------|
|                    |                              |  |                                     |                |      |                      |

|    |      |  |   |  |         |  |
|----|------|--|---|--|---------|--|
| 11 | 溫升   | 熱絕緣隔熱材料(3.2m <sup>2</sup> K/W)及毛氈墊(厚度20mm) | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T93     |  |
|    |      | 銅或黃銅製小黑圓片(直徑15mm, 厚度1mm)                   | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T38     |  |
| 19 | 異常操作 | 毛氈帶(寬度100mm)                               | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T11     |  |
|    |      | 紙(72g/m <sup>2</sup> , 破裂指數3.7kPa)         | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T30     |  |
|    |      | 法蘭絨布                                       | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T39     |  |
|    |      | 綿紗布  | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T31     |  |
| 21 | 機械強度 | 5kg法碼(直徑100mm)                             | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K26, H5 |  |

## CNS 60335-2-31 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-31部：排油煙機之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號                          | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| 11                 | 溫升                           | 標準試驗爐(2kW*2、1.5kW*2及2kW*3、1.5kW*3)                               | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K44-K47<br>K79-K84<br>K88-K90 |                      |
| 30                 | 耐熱與耐燃                        | ISO 9772測試設備   | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | —                             |                      |

## CNS 60335-2-32 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-32部：按摩器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 熱絕緣片(以氣泡式聚醯板製作, 尺寸為300mm*100mm*15mm)                             | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T59  |                      |
|                    |                              | 毛氈(厚度約為25mm, 其單位面積之質量為4kg/m <sup>2</sup> ±0.4kg/m <sup>2</sup> ) | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T11  |                      |
|                    |                              | 法碼(5kg, 10kg, 90kg)  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K26  |                      |

## CNS 60335-2-35 (105年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-35部：瞬熱型電熱水器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|
| 22                 | 構造                           | 水加壓設備  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | D27  |                      |
|                    |                              | 塑膠圓筒容器(30mm*12mm)  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T53  |                      |

## CNS 60335-2-40 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-40部：電熱泵、空氣調節機及除濕機之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號    | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------|----------------------|
| 11                 | 溫升                           | 試驗室(Test chamber)  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | G7, G10 |                      |
| 15                 | 耐濕性                          | 淋雨試驗設備   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K51     |                      |
| 22                 | 構造                           | 水加壓設備  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | D27     |                      |
|                    |                              | 真空壓力設備   | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | —       |                      |
| 31                 | 耐蝕                           | 鹽霧試驗設備(IEC 60068-2-52)   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T64     |                      |
|                    |                              | 硬化鋼針   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T36     |                      |

## CNS 60335-2-43 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-43部：乾衣機及毛巾架之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 質量在140g/m <sup>2</sup> 與175g/m <sup>2</sup> (700mm*700mm)間的布     | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T60  |                      |

## CNS 60335-2-55 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-55部：水族箱及庭院池塘用電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備 | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|------|----------------------|
|                    |                              | 無特別規定  | —                                   | —              | —    | —                    |

## CNS 60335-2-59 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-59部：電殺蟲器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|
| 16                 | 漏電流及絕緣耐電壓                    | 高頻電源供應器  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | B12  |                      |
|                    |                              | 高壓測試探棒   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K23  |                      |

|    |             |                                      |   |  |     |  |
|----|-------------|--------------------------------------|---|--|-----|--|
| 31 | 耐蝕          | 鹽霧試驗設備                               | S | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T52 |  |
|    |             | 硬鋼針(末端為40°之圓錐，尖端為半徑0.25mm±0.02mm之圓角) | S | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T64 |  |
| 32 | 放射性、毒性及類似傷害 | 輻射照度量測設備                             | S | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | D11 |  |

## CNS 60335-2-61 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-61部：儲熱式室內加熱器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|
| 11                 | 溫升                           | 毛氈墊(厚度20mm)  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T93  |                      |
| 19                 | 異常試驗                         | 空氣壓力(25pa)調控裝置   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T33  |                      |

## CNS 60335-2-65 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-65部：空氣清淨電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|
| 16                 | 漏電流及絕緣耐電壓                    | 高頻電源供應器  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | B12  |                      |
|                    |                              | 高壓測試探棒   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K23  |                      |
| 32                 | 放射性、毒性及類似傷害                  | 臭氧濃度量測設備   | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | H28  |                      |
|                    |                              | 輻射照度量測設備   | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | D9   |                      |

## CNS 60335-2-74 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-74部：攜帶型浸入式電熱器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|
| 21                 | 機械強度                         | 硬木板(厚度50mm)  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T20  |                      |

## CNS 60335-2-80 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-80部：電扇之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備 | 儀器編號 | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|------|----------------------|
|                    |                              |  |                                     |                |      |                      |

|    |      |  |   |  |    |  |
|----|------|--|---|--|----|--|
| 21 | 機械強度 | IEC 61032規定之試驗探棒B(以直徑50mm之圓型擋板取代非圓型擋板) | R | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K8 |  |
|----|------|--|---|--|----|--|

## CNS 60335-2-81 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-81部：足部電暖器及電熱墊之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號    | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------|----------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 聚苯乙烯發泡板(300mm*150mm*50mm)  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T59     |                      |
| 19                 | 異常操作                         | 氣泡式聚醚板   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T73     |                      |
| 21                 | 機械強度                         | 足部電暖器撓曲試驗之設備   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T61     |                      |
|                    |                              | 撓曲加熱元件及內部配線之試驗裝置   | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T164    |                      |
|                    |                              | 拉伸機  | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K76     |                      |
| 30                 | 耐熱與耐燃                        | 火花點燃試驗設備   | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | T6, T62 |                      |

## CNS 60335-2-84 (106年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-84部：馬桶設備之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 實驗室是否<br>建置/具備   | 儀器編號             | 評審員確認<br>未具備該項<br>設備 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------|----------------------|
| 8                  | 防電擊之保護                       | IEC 61032 規定之試驗探棒18  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K6               |                      |
| 21                 | 機械強度                         | 冷凍箱(約-15°C)  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | G1               |                      |
|                    |                              | 施加1500N、1250N、890N、250N、150N 之耐久試驗設備                             | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K76              |                      |
| 22                 | 構造                           | 水加壓設備  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | D63、K77          |                      |
| 31                 | 耐蝕                           | 鹽霧試驗設備(包含刮擦試驗設備)   | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | K91、T64、<br>T145 |                      |
|                    |                              | 氨及鹽酸之污染環境  | S                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | H32、H33、<br>T210 |                      |